

Fragebogen:
Lernfelder
Ausbildungsjahr
1 und 2

Themenwelt Hygiene

1. Welche Aussage zum Begriff „Hygiene“ trifft zu? (1 Antwort)

- Lehre über Mikroorganismen
 Lehre über Zahnbettlerkrankungen
 Lehre von der Einhaltung und Förderung der Gesundheit

2. Was bedeutet Kontamination? (1 Antwort)

- Die Reinigung von Oberflächen
 Verunreinigung oder Verschmutzung von Gegenständen und Oberflächen durch Mikroorganismen
 Infektion mit Krankheitserregern

3. Wie nennt man die widerstandfähigen Dauerformen von Bakterien? (1 Antwort)

- Viren
 Sporen
 Multiresistente Keime

4. Welche der unten genannten Infektionswege gehören zu den wichtigsten? (4 Antworten)

- Wasser- und Lebensmittelinfektion
 Infektionskreuzung
 Tröpfcheninfektion
 Kontakt- und Schmierinfektion
 Bakterienautobahn
 Perkutane Infektion

5. Ordnen Sie den Weg der Infektion bis zur vollständigen Genesung in die richtige Reihenfolge:

- Rekonvaleszenz
 Symptom
 Infektion
 Inkubationszeit

6. Welche Möglichkeiten haben Sie in der Praxis, um den Sterilisationsvorgang als „erfolgreich“ zu überprüfen? (2 Antworten)

- Wenn der Autoklav den Vorgang beendet ist alles steril.
 Ich schaue mir die Thermoindikatoren der Sterilisationsfolie an.
 Ich lege einen Helix-Prüfkörper zum Sterilgut dazu.

7. Zu welcher Risikobewertung ordnen Sie das rote Winkelstück bei einer Composite-Füllung ein? (1 Antwort)

- Unkritisch
 Semikritisch A
 Semikritisch B
 Kritisch A
 Kritisch B

8. Die Beladung des Autoklavs muss einem vorgegebenen Beladungsmuster folgen. Welches Sterilgut muss immer oben lagern? (1 Antwort)

- Unverpacktes Sterilgut
 Verpacktes Sterilgut

9. Mit welchen Maßnahmen kannst du dich in der Praxis vor Infektion schützen? (2 Antworten)

- Schutzimpfungen
 zahngesunde Ernährung
 immer in Bewegung bleiben
 Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln
 Anlegen der PSA



Ricos Tipp:

GAP steht für „Gestreckte Abschlußprüfung“. Sie setzt sich aus drei Prüfungseinheiten zusammen:
 GAP1 + GAP2 schriftlich +
 GAP2 praktisch/mündlich.

10. Welche Aussagenkombination zur Sterilisation ist falsch? (1 Antwort)

- a. Der Autoklav ist ein Dampfsterilisator.
 b. Sterilisation bedeutet völlige Keimfreiheit.
 c. Moderne RDG-Geräte können auch sterilisieren.
 d. Ein Autoklav steht während des Sterilisationsvorgangs unter Druck.
 e. Mikroorganismen werden bei einer Temperatur von 123 °C abgetötet.

- Alle Aussagen sind falsch.
 Nur die Aussagen a + b + c sind falsch.
 Nur die Aussagen c + d + e sind falsch.
 Nur die Aussagen c + e sind falsch.

Na, fit für die Prüfung?

Die richtigen Lösungen kannst du hier downloaden:



Ach ja, und falls du eine andere Frage zur Prüfungsvorbereitung hast, dann schreibe an recall-info@medtrix.group

Die Fragen wurden von einem TOP-Teacher von VitaDenti – Fachberatung für Zahnärzte zusammengestellt.